

№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
6.1.13	Экспресс-тест для выявления Аденовирус (Adenovirus)	<p>Экспресс-тест для выявления Аденовирус (Adenovirus)</p> <p>Принцип теста: иммунохроматографический, цветовая кодировка результатов. Полоски контрольной и аналитической зоны должны иметь окраску разного цвета.</p> <p>Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 99%.</p> <p>Тип тестового устройства: тест-кассеты в индивидуальной упаковке в комплекте с силикагелем</p> <p>Тип измерения: качественный</p> <p>Время анализа: не более 10 минут</p> <p>Тип образца: кал - объем образца: не более 125 мкл жидкого кала</p> <p>Количество тестов в наборе : 10 тестов.</p> <p>Условия хранения: 2-30 град.</p> <p>Состав набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке 10 шт, с маркировкой на русском языке (наименование теста, номер партии, срок годности), в комплекте с пластиковым флаконом-капельницей с однокомпонентным буфером с консервантом, объединенным с пипеткой и шпателем для забора образца- 10 шт. Флакон-капельница должен обладать закручивающимися крышками с обеих сторон. С верхней стороны – крышка должна быть с отламываемым концом для нанесение раствора образца на тест-систему. С нижней стороны крышка должна быть снабжена пластиковым аппликатором (длинной не менее 40 мм и рифлёной частью не менее 20 мм), а горлышко должно содержать прорезиненную вставку-отсекатель избыточного количества образца (для забора в емкость фиксированного количества образца). Для обеспечения герметичности, между каждой крышкой и флаконом должно быть гибкая прокладка.</p> <p>Этикетки с пустыми полями под подписи для наклейки на флаконы-капельницы с буфером – 10 шт.</p> <p>Цветная инструкция для пользователя на русском языке</p> <p>Коробка должна содержать полную маркировку на русском языке и быть заклеена пломбой с контролем первого вскрытия</p> <p>Срок годности набора не менее 24 месяцев</p> <p>Остаточный срок годности на момент поставки набора не менее 80%</p> <p>Наличие регистрации в МЗиСР</p>