

Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
<p>Экспресс-тест для выявления энтеровируса (Enterovirus)</p>	<p>Принцип теста: иммунохроматографический, цветовая кодировка результатов. Полоски контрольной и аналитической зоны должны иметь окраску разного цвета. Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 99%: Тип тестового устройства: тест-кассеты в индивидуальной упаковке в комплекте с силикагелем Тип измерения: качественный Время анализа: не более 10 минут Тип образца: кал - объем образца: не более 125 мкл жидкого кала Количество тестов в наборе : 20 тестов. Условия хранения: 2-30 град. Состав набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке 20 шт, с маркировкой на русском языке (наименование теста, номер партии, срок годности), в комплекте с пластиковым флаконом-капельницей с однокомпонентным буфером с консервантом, объединенным с пипеткой и шпателем для забора образца- 20 шт. Флакон-капельница должен обладать закручивающимися крышками с обеих сторон. С верхней стороны – крышка должна быть с отламываемым концом для нанесения раствора образца на тест-систему. С нижней стороны крышка должна быть снабжена пластиковым аппликатором (длинной не менее 40 мм и рифлёной частью не менее 20 мм), а горлышко должно содержать прорезиненную вставку-отсекатель избыточного количества образца (для забора в емкость фиксированного количества образца). Для обеспечения герметичности, между каждой крышкой и флаконом должно быть гибкая прокладка. Этикетки с пустыми полями под подписи для наклейки на флаконы-капельницы с буфером – 20 шт. Цветная инструкция для пользователя на русском языке Коробка должна содержать полную маркировку на русском языке и быть заклеена пломбой с контролем первого вскрытия Срок годности распечатанного пакета с тестом не менее полутора часов. Срок годности набора не менее 24 месяцев Остаточный срок годности на момент поставки набора не менее 80% Наличие регистрации в МЗиСР РФ</p>