

Тесты: бактериальные инфекции

№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
6.1.19	Экспресс-тест для выявления Аденовирус (Adenovirus)	<p>Тест «РЭД респираторный аденовирус» предназначен для <i>in vitro</i> одноэтапного быстрого качественного выявления респираторного аденовируса в респираторных выделениях из носовой полости человека.</p> <p>Определение должно быть основано на принципе одностадийного иммунохроматографического анализа.</p> <p>Технические требования: Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 99%. Время проведения анализа -10 мин. Тест должен храниться при температуре от 2 до 25 град., в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте в течение всего срока годности. Замораживание теста не допускается. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Срок годности распечатанного теста не менее 2 часов.</p> <p>Требования к комплектации: В состав набора должно быть включено: Имунохроматографическая тест-полоска в кассетах из пластика белого цвета – 5, 10 или 20 шт. Флакон с крышкой -капельницей , содержащий буфер для растворения образца -1 шт. Одноразовые пластиковые пробирки – 5,10 или 20шт. Стерильные ватные тампоны на зонде -5,10 или 20 шт. Одноразовые пластиковые пипетки – 5,10 или 20шт. Этикетки на клеевой основе для маркировки пробирок – 5,10 или 20 шт. Инструкция по применению – 1 шт.</p> <p>Требования к упаковке: Кассеты с тест-полосками и одноразовые пластиковые пипетки упакованы в индивидуальные вакуумные упаковки из фольги алюминиевой ,содержащие пакетики с силикагелем. Комплект тестов упакован в картонную коробку.</p> <p>Требования к сопроводительной документации: Регистрация в МЗиСР РФ</p>